Автономная некоммерческая организация
научно-исследовательский центр «Военный Регистр»
Орган по оценке компетентности (аккредитации)

К аттестату аккредитации
№ ВР АА.7.32.0069-2019 от «12» декабря 2019 г.

Область аккредитации
Испытательного центра Публичного акционерного общества
«Центральное научно-производственное объединение «Ленинец»
(ИЦ ПАО «ЦНПО «Ленинец»)

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	**Средства инженерной разведки, преодоления и устройства сухопутных и прибрежных инженерных минно-взрывных заграждений** средства инженерной разведки и преодоления минно-взрывных заграждений, такие как средства разведки местности и водных преград, средства разведки минно-взрывных заграждений и проделывания проходов в них, средства траления мин на суше и в воде, средства и имущество для преодоления минно-взрывных заграждений, роботы и роботизированные (робототехнические) комплексы,	**1075**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	средства уничтожения (обезвреживания) боеприпасов и специальных мин, инженерные разведывательные эхолоты, приборы измерения толщины льда, гидролокаторы поиска противодесантных мин и заграждений, искатели специальных мин и заглубленных боеприпасов, искатели подземных проводных линий управления и приемных устройств радиолиний управления специальными минами, комплексные средства поиска и локального уничтожения мин, минные тралы, искатели - уничтожители мин, инженерные минные тральщики, установки разминирования, комплекты средств для ручного разминирования; средства устройства минно-взрывных заграждений (средства управления минно-взрывными заграждениями и минами, средства управления минирования, средства установки специальных мин, минные раскладчики, минные заградители, устанавливающие мины в грунт и на поверхности, системы дистанционного минирования, оборудование для минирования с летательных аппаратов, средств преодоления водных преград и минометов, комплекты минирования, средства фиксации и обозначения минных полей); невзрывные					

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	заграждения (малозаметные препятствия, проволоки колючие, электризуемые заграждения); тренажеры для подготовки расчетов средств инженерной разведки, преодоления и устройства минно-взрывных заграждений.					
2	**Средства размагничивания кораблей.** Средства измерения и контроля магнитного, электрического, низкочастотного электромагнитного, акустического полей кораблей; корабельную аппаратуру компенсации магнитного, электрического, низкочастотного электромагнитного, акустического полей, запасные части и принадлежности.	**1077**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
3	**Системы (комплексы) управления оружием (огнем).** Завершенные системы (комплексы), предназначенные для непосредственного управления оружием (огнем); системы (комплексы), станции и пункты разведки и управления артиллерийским и зенитным оружием (огнем); командно-штабные и	**1230**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	командно-наблюдательные машины управления оружием (огнем); авиационные бортовые, береговые и корабельные комплексы (станции) управления оружием (огнем); авиационные прицельно-навигационные и прицельно-пилотажно-навигационные комплексы; системы (комплексы) управления морского оружия; системы телеуправления морскими минами и минными заграждениями, комплексы разведки огневых позиций стрелкового оружия.			Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С		РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
4	**Радиотехническая аппаратура систем управления оружием (огнем), исключая авиационную бортовую.** Передающие, приемо-передающие, приемные и приемно-регулирующие устройства радиотехнической аппаратуры оружием (огнем).	**1265**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
5	**Составные части авиационных систем управления оружием (огнем).** Электротехническая, электронная и радиолокационная аппаратура, входящая в состав авиационных систем (комплексов) управления оружием (огнем); авиационные турели, пульты управления огнем; приборы управления стрельбой, бортовые устройства контроля систем управления оружием; системы гироскопической подвески в целом, авиационные средства опознавания и обозначения объектов (радиолокационные запросчики и ответчики).	**1270**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
6	**Радиолокационное оборудование систем управления оружием (огнем), исключая авиационное бортовое.** Радиолокационные станции, агрегаты, устройства и составные части, специально разработанные для использования в составе или с аппаратурой средств управления оружием (огнем); средства радиолокационного опознавания и обозначения объектов (радиолокационные запросчики и ответчики), в том числе наземные и корабельные; радиолокационные станции обнаружения; радиолокационные станции целеуказания и наведения	**1285**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	управляемых ракет; другие системы управления и наведения управляемых ракет.					
7	**Прочая аппаратура систем управления оружием (огнем), не вошедшая в другие классы данной группы.** Установочные устройства для взрывателей; артиллерийские кабельные сети (сети управления орудиями); артиллерийские буссоли; установки определения расстояния акустическим методом и по вспышкам, диоптрические прицелы, составные части и компоненты систем управления оружием (огнем), не классифицированные в других классах данной группы.	**1290**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
8	**Инструменты и оборудование для обезвреживания наземных боеприпасов.** Только специализированные инструменты и оборудование, используемые для обезвреживания неразорвавшихся или пришедших в негодность боеприпасов специальными сухопутными подразделениями; разрушители гидродинамические; средства локализации поражающих факторов, взрывов (колпаки противоосколочные, взрывогасящие покрывала, жидкостные и тканевые ингибиторы),	**1385**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	дистанционно-управляемые робототехнические комплексы, кроме вошедших в класс 1040.			(0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С		
9	**Составные части технических комплексов ракетных комплексов (систем).** Специальные транспортные средства для перевозки управляемых ракет; позиции подготовки управляемых ракет; специальное грузоподъемное оборудование; чехлы для ракет; комплекты технологического, механо-технологического оборудования технических комплексов; заправочное оборудование и заправочно-нейтрализационные станции, пневмовакуумное оборудование технических комплексов, технических позиций ракетных комплексов, ракетно-технических баз, технических ремонтных баз, машины ремонта и технического обслуживания технических комплексов; контрольно-испытательные станции, контрольно-проверочные машины, контрольное оборудование; контрольно-испытательные стенды, контрольно-проверочную и испытательную аппаратуру технических комплексов (позиций, баз); оборудование, входящее в комплекты технологического оборудования; системы технического обслуживания и жизнеобеспечения.	**1450**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
10	**Составные части орбитальных средств** Составные части космических аппаратов и разгонных блоков и их бортовые системы, включая двигательные установки, аппаратуру бортовых комплексов управления (бортовую аппаратуру командно-измерительной и телеметрической систем, блоки управления и др.), аппаратуру и специальные устройства систем ориентации, стабилизации и коррекции, бортовую аппаратуру систем электропитания и терморегулирования аппаратуру и специальные устройства систем навигации и управления движением орбитальных средств, аппаратуру и устройства бортовых специальных комплексов космических аппаратов, механические устройства и др.	**1820**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
11	**Буй.** **Также включает:** вехи.	**2050**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
				(0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС		
12	**Специальное оборудование для технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов** Стенды, на которые устанавливают составные части и агрегаты летательных аппаратов во время войскового или капитального ремонта; испытательные стенды и контрольно-проверочное оборудование, специально предназначенные для технического обслуживания и ремонта систем и агрегатов летательных аппаратов, таких как двигатели, генераторы, гидравлические системы, системы управления вооружением, системы автоматического управления летательным аппаратом, навигационные системы и тому подобное; контрольно-измерительные подвижные станции; транспортные контейнеры контрольно-проверочного оборудования; комплекты контрольно-проверочной и измерительной аппаратуры летательных аппаратов.	**4920**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
13	**Специальное оборудование для технического обслуживания, ремонта и проверки неуправляемых ракет.** Специальное оборудование и контрольно-проверочную	**4927**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения	Температура (-70… + 300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500) кПа	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	аппаратуру для технического обслуживания, испытаний, проверки исправности и ремонта неуправляемых ракет, реактивных снарядов и их составных частей; стенды для технического обслуживания; стенды для испытаний; приспособления; монтажное оборудование и другое промышленное оборудование, специально предназначенные для технического обслуживания и ремонта ракет, реактивных снарядов, ракетных двигателей и других составных частей неуправляемых ракет.		электрическим током.	Вибрация (5…2000)Гц (0.3…100)g Удар (1…370)g	ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
14	**Техника радиосвязи и телесвязи, кроме авиационной.** Системы и средства радио-, радиорелейной, тропосферной, космической, метеорной и ионосферной связи; средства управления радиосвязью; средства пеленгования; радиотехнические средства контроля; радиостанции систем оперативной связи; радиопередающие устройства специального назначения; командно-штабные машины войск связи; телеметрическое оборудование; каналообразующую аппаратуру и оборудование цифровых трактов передачи; аппаратуру быстродействующей и сверхбыстродействующей связи,	**5820**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	телевизионные системы для метеоспутников; аппаратуру телеуправления, телесигнализации, спецтелевидение; телеметрическое оборудование.					
15	**Авиационная аппаратура радиосвязи и телесвязи.** Авиационные наземные и бортовые средства связи, телеметрии, передачи и приема полетных данных; наземные и бортовые радиотехнические средства боевого управления, привода и посадки летательных аппаратов, обеспечения полетов; радиотехнические средства полигонных измерений, наземные и самолетные станции радиоуправления мишенями; бортовую аппаратуру радиоуправления беспилотных летательных аппаратов; составные части аппаратуры радиосвязи и телесвязи.	**5821**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
16	**Радионавигационное оборудование, кроме авиационного.** Радионавигационное оборудование, системы определения местоположения и ориентации на суше и на море.	**5825**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
				напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С		РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
17	**Авиационное радионавигационное оборудование.** Авиационное радионавигационное оборудование, системы определения местоположения и ориентации над сушей и морем, радиотехническую аппаратуру автономной навигации и предупреждения столкновения самолетов в воздухе.	**5826**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
18	**Радиолокационные системы и оборудование (исключая авиационное)** Радиолокационные средства обнаружения, контроля, радиолокационные комплексы (станции) разведки наземных целей	**5840**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
				Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	конкретное изделие.	ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
19	**Авиационное оборудование радиолокационное.** Наземные радиолокационные средства обеспечения полетов и управления летательными аппаратами , радиодальномеры, радиовысотомеры.	**5841**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
20	**Аппаратура ночного видения (активная и пассивная), излучатели и отражатели излучения.** устройства, формирующие изображение, в том числе вспомогательные принадлежности к	**5855**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	ним, составные части и компоненты, которые используют пассивные и (или) активные методы обнаружения, наблюдения и распознавания объектов на местности в темное время суток; приборы обзора и наблюдения и их составные части [источники излучения; преобразователи; усилители; источники энергии; приборы обнаружения целей; локаторы и приборы наблюдения, регистрирующие отраженное от близлежащих источников инфракрасное излучение и (или) регистрирующие низкий уровень естественного излучения, отраженного от объекта; комбинированные приборы; приборы инфракрасной и тепловизионной разведки; устройства и модули тепловизионных приборов и средств ночного видения (преобразователи электронно-оптические со встроенными схемами питания и управления, преобразователи фотоэлектронные, модули тепловизионных приборов), теплопеленгаторы]; инфракрасную аппаратуру обеспечения совместного плавания кораблей.			(5…2000)Гц (0,1…10.0)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
21	**Техника радиоэлектронной борьбы.** комплексы и средства радиоэлектронного поражения, в том числе комплексы и средства радиоэлектронного подавления, специального программного воздействия, комплексы и средства комплексного технического контроля, противодействия техническим средствам разведки противника, в том числе, комплексы и средства имитации радиоэлектронной обстановки; самонаводящееся на излучение оружие; специальные программные средства функционального поражения; средства и технические устройства поражения электромагнитным излучением, создания активных и пассивных радио-, оптико-электронных, гидроакустических помех; средства и технические устройства непосредственной оптико-электронной, радио-, радиотехнической, гидроакустической разведки; средства и технические устройства обеспечения электромагнитной совместимости и помехозащищенности радиоэлектронных средств; автоматизированные пункты	**5865**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	управления радиоэлектронной борьбой органов военного управления, автоматизированные командные пункты соединений и частей радиоэлектронной борьбы, пункты управления подразделениями радиоэлектронной борьбы, средства управления комплексами и технические устройства управления средствами радиоэлектронной борьбы, комплексы лабораторно-полигонного оборудования испытания техники радиоэлектронной борьбы; поглощающие, рассеивающие, экранирующие материалы, покрытия и конструкционные материалы для снижения радио-, оптической и гидроакустической заметности образцов военной техники; технические устройства для измерений радиолокационных, тепловых, оптико-локационных характеристик образцов военной техники.					
22	**Технические наземные средства разведки** Комплексы (станции) радиотехнической разведки, автоматизированные звуковые комплексы, автоматизированные звукотепловые комплексы, комплексы разведывательно-сигнализационных средств.	**5870**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

м.п.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
				Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	конкретное изделие.	ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
23	**Прочее оборудование, не вошедшее в другие классы данной группы** Различное оборудование связи, обнаружения и телекоммуникаций, которое не классифицировано в специальных классах группы 58; модемы, средства аудио контроля (устройства съема и передачи аудиоинформации, специальные акустические преобразователи, преобразователи вибросигналов акустического диапазона), средства опознавания «свой-чужой» на поле боя.	**5895**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
24	**Резисторы** Резисторы постоянные и переменные, потенциометры, поглотители резисторные, терморезисторы, магниторезисторы; варисторы; перемычки.	**5905**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
				(5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
25	**Конденсаторы** Конденсаторы постоянной емкости, переменной емкости, подстроечные, пусковые (фазосдвигающие на промышленную частоту), высоковольтные; вариконды.	**5910**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
26	**Электрические соединители** Неуправляемые электрические соединители на напряжение до 1500 В; радиочастотные, электроразрывные, силовые и	**5935**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	высоковольтные соединители; электрические вилки и разъемы; розетки; клеммные колодки и щитки распределительные; патроны; цоколи; ламповые панели.		в части поражения электрическим током.	(0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
27	**Трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности.** Трансформаторы и блоки трансформаторов с номинальным напряжением до 1 кВ; трансформаторы (питания сетевые, преобразователей напряжения, согласующие, импульсные, электромагнитные многофункциональные, строчные); катушки, дроссели высокочастотные, дроссели фильтров выпрямителей низкочастотные, электромагнитные линии задержки.	**5950**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
28	**Пьезоэлектрические приборы и электромеханические фильтры** Изделия и приборы,	**5955**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию	Температура (-70…+300)°С Влажность	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	функционирование которых основано на пьезоэлектрическом эффекте (резонаторы, генераторы, элементы, преобразователи, датчики, источники питания); фильтры керамические и электромеханические.		климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	(30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
29	**Полупроводниковые приборы.** Диоды, транзисторы, тиристоры и фоточувствительные приборы, модули полупроводниковые.	**5961**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
30	**Интегральные микросхемы**	**5962**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
31	**Электронные модули** Модули СВЧ (генераторные, усилительные, преобразовательные, управляющие, многофункциональные); комплексированные изделия СВЧ; микросборки; многокристальные модули; устройства функциональные (электрические усилители, преобразователи угла и сигналов датчиков физических величин); изделия микросистемной техники, видеомодули.	**5963**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
32	**Оптоэлектронные приборы, знакосинтезирующие индикаторы.** Приборы оптоэлектронные (излучатели, оптопары, интегральные схемы, волстроны); оптоэлектронные компоненты вычислительной техники; знакосинтезирующие индикаторы.	**5980**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
33	**Антенны, волноводы и связанное с этим оборудование** Оборудование навесное, на мачтах и башнях; авиационные бортовые антенны, антенно-фидерные и коммутационно-разделительные устройства, антенные переключатели, аттенюаторы и диплексеры, антенно-аппаратурный комплекс.	**5985**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
34	**Кабели, шнуры, провода средств связи и радиотехнических устройств.** Радиочастотные кабели; коаксиальные и симметричные кабели связи; телефонные кабели связи; станционные, распределительные и шахтные кабели и провода связи; провода и шнуры связи (в том числе слаботочные); кабельные соединительные, разветвительные и универсальные муфты; кабели, шнуры и провода мерной длины, оснащенные оконечными устройствами (разъемами, штекерами, вилками и т.д.).	**5995**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
35	**Электрические и электронные принадлежности, печатные платы, соединительные провода, шины и комплектующие изделия к ним**	**5998**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
36	**Прочие составные части электротехнического и электронного оборудования, не вошедшие в другие классы данной группы.** Ферритовые приборы СВЧ; постоянные магниты; элементы индукционных катушек	**5999**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
37	**Волоконно-оптические устройства** Передающие, приемные и приемопередающие оптоэлектронные модули; соединители; ответвители; разветвители; переключатели; оптические коммутаторы и усилители; линии задержки и измерительные волоконно-оптические преобразователи, вращающиеся соединения волноводов для волоконно-оптических систем, неподвижные соединители, разветвители и смесители, используемые в волоконно-оптических системах, фиксированные и регулируемые аттенюаторы, используемые в волоконно-оптических системах,	**6030**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	светофильтры, используемые в волоконно-оптических системах, волоконно-оптические устройства, обнаруживающие наличие жидких, твердых и газообразных веществ и обеспечивающие электрический выходной сигнал, с помощью которого измеряются такие параметры, как перемещение, плотность, размер, количество и (или) цвет, волоконно-оптические разветвители (переходники), волоконно-оптические передающие устройства, волоконно-оптические накопители, оптические повторители, оптические интегральные схемы, волоконно-оптические датчики, волоконно-оптические пассивные устройства, включая волоконно-оптические устройства, выполняющие неактивную функцию в волоконно-оптической системе (прерыватели и линзы).					
38	**Источники вторичного электропитания** Источники электропитания модульного исполнения, работающие от сети постоянного (переменного) тока; преобразователи (полупроводниковые силовые, статические, частоты, тока); выпрямители; инверторы; преобразовательные агрегаты; зарядные устройства; блоки питания и защиты; делители напряжения.	**6130**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
				Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С		конкретное изделие.
39	**Электрические провода и кабели** Кабели, провода и шнуры для передачи электроэнергии; кабели управления; силовые кабели; судовые кабели; монтажные, высоковольтные, импульсные провода и кабели; провода и кабели бортовой сети летательных аппаратов; провода обмоточные, ленточные, щеточные; контрольные кабели; кабельные сборки; плетенки металлические; силовые установочные провода и шнуры.	**6145**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
40	**Приборы световые внутреннего и наружного освещения.** Светильники, прожекторы, фонари, фары; сборно-разборное, быстромонтируемое, перевозимое всеми видами транспорта, многократного применения электроосветительное оборудование для применения в полевых условиях (общевойскового назначения), в фортификационных сооружениях, на	**6210**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	передвижных осветительных электростанциях; переносные светильники, прожекторы, плафоны, арматуру; охранное освещение объектов; светотехническое оборудование аэродромов.			напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С		РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
41	**Портативное и переносное (передвижное) осветительное оборудование.** Переносные фонари и прожекторы, удлинители для ламп, светильники, световые комплексы, светосигнальные приборы, прожекторы, фонари.	**6230**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
42	**Авиационные системы предупреждения и сигнализации.** Бортовые средства контроля и регистрации параметров полета и работы систем летательных аппаратов, системы сигнализации для экипажей самолета о кислородном давлении, предупреждающие сигнальные устройства давления воздуха в	**6340**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	самолете, предупреждающие аварийные сигналы высоты полета, системы звуковой аварийной сигнализации выпуска шасси, бленкеры, маяки, проблесковые огни, блоки логики и сопряжения, жезлы-указатели места посадки.			Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С		РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
43	**Пилотажные приборы** индикаторы скорости высоты полета, ускорения (перегрузок), скорости подъема, крена, наклона траектории; приемники воздушного давления (трубки Пито); индикаторы гирогоризонта и другие гироскопические приборы положения ЛА в воздухе.	**6610**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
44	**Электрические и электронные контрольно-измерительные приборы** Основные (базовые) электрические и электронные измерительные приборы, такие как амперметры, вольтметры, омметры, мультиметры, мегомметры, фазоуказатели, частотомеры, измерители мощности, энергии, работы, амплитудной	**6625**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	модуляции и чувствительности, генераторы импульсов и тому подобное; специальное измерительное оборудование; приборы анализа измерения и контроля средств связи; специальное инфракрасное измерительное оборудование, предназначенное для средств связи и устройств ночного видения; стрелочные индикаторы; приставки к стрелочным индикаторам; специальные измерительные приборы, предназначенные для оборудования средств связи.			Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С		РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
45	**Тренажеры боевой техники и вооружения.** Комплексные тренажеры, предназначенные для обучения как пилотированию (вождению), так и применению оружия; тренажеры бомбометания; тренажеры артиллерийской стрельбы; стрелковые тренажеры; тренажерные установки для имитации пуска управляемых ракет; буксируемые мишени; артиллерийские и стрелковые мишени; тренажерные комплексы и тренажеры для подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы.	**6920**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
46	**Тренажеры систем управления.** Тренажеры управления машинами и механизмами; пилотажные, навигационные, астронавигационные тренажеры; комплексные тренажеры (не предусматривающие обучение применению оружия); имитаторы местности; все тренажные устройства (системы) управления, за исключением тренажеров вооружения и средств связи.	**6930**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
47	**Системы обработки данных общего и специального назначения** Сборки устройств, состоящие из центрального процессорного устройства и необходимых входных и выходных устройств, вспомогательных устройств, аналоговых измерительных устройств и программного обеспечения, необходимых для выполнения требуемых функций; сборочные единицы и изделия, в которых устройства ввода/вывода, процессоры и вспомогательные устройства или составные части смонтированы в одну сборку (блок) или изделие, функциональные устройства (процессоры, устройства	**7010**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	ввода/вывода, вспомогательные устройства, программное обеспечение), которые реализуют специализированные функциональные задачи и могут являться встроенными системами различного целевого назначения; программно-технические комплексы, используемые в автоматизированных системах управления подготовки и пуска ракет космического назначения и управления орбитальными средствами.					
48	**Системы обработки данных специального назначения.** Функциональные устройства (процессоры, устройства ввода/вывода, вспомогательные устройства, программное обеспечение), реализующие специализированные функциональные задачи и которые могут являться встроенными системами различного целевого назначения. Программно-технические комплексы, используемые в АСУ подготовки и пуска ракет космического назначения и управления орбитальными средствами.	**7015**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
49	**Системы обработки данных общего назначения. Аналоговые центральные процессорные устройства**	**7020**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)%	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
50	**Системы обработки данных общего назначения. Цифровые центральные процессорные устройства.** Только центральные процессорные устройства, принимающие информацию, представленную в цифровой форме.	**7021**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
51	**Системы обработки данных общего назначения. Смешанные центральные процессорные устройства**	**7022**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
52	**Системы обработки данных общего назначения. Устройства ввода/вывода, запоминающие устройства** Принтеры, мониторы, клавиатуры, дисководы (магнитные, оптические, флоппи), устройства ввода и передачи данных; оптические компактные диски, используемые для хранения и поиска информации; программно-аппаратные средства; терминалы передачи данных; загрузочные терминалы; дисплейные терминалы; сенсоры; мультиплексоры и концентраторы, которые специально предназначены или приспособлены для использования в сетях с числовыми,	**7025**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
	аналоговыми или гибридными центральными процессорными устройствами; запоминающие устройства.					
53	**Системы обработки данных общего назначения. Программное обеспечение.** Системы программ, такие как операционные системы, ассемблеры, компиляторы, управляющие стандартные программы, интерпретирующие программы, транслирующие программы, сервисные (служебные) программы, такие как программы сортировки, преобразующие средства аудиовизуальной информации для поддержки диагностических программ, прикладные программы, такие как бухгалтерские программы, программы учета и управления материально-техническими ресурсами и инженерные программы расчетов.	**7030**	Документация заказчика на конкретное изделие.	Документация заказчика на конкретное изделие.	Документация заказчика на конкретное изделие.	Документация заказчика на конкретное изделие.
54	**Составные части систем обработки данных** составные части (блоки) систем обработки данных, которые являются частями аналоговых, цифровых или гибридных процессорных устройств	**7050**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
				напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС		РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
55	**Комплектующие (запасные части) вагонов электропоездов** электрооборудование для пригородных поездов	**30.20.40.142**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ 15150-69 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ 30630.0.0-99 ОСТ 32.146-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
56	**Комплектующие (запасные части) магистральных электровозов** электрооборудование магистральных электровозов	**30.20.40.111**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g	ГОСТ 15150-69 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ 30630.0.0-99 ОСТ 32.146-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
				Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС		
57	**Комплектующие (запасные части) вагонов метрополитена** электрооборудование вагонов метрополитена	**30.20.40.130**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) ºС	ГОСТ 15150-69 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ 30630.0.0-99 ОСТ 32.146-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
58	**Аппаратура радиолокационная** РЛС обзора летного поля	**26.51.20.110**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)ºС Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Коды ЕК 001–2020 (ОКПД 2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
				(5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.
59	**Аппаратура радионавигационная** аппаратура радионавигационная судовая	**26.51.20.120**	Стойкость к воздействию механических факторов. Стойкость к воздействию климатических факторов. Требования безопасности в части поражения электрическим током.	Температура (-70…+300)°С Влажность (30…98)% Давление (0,7…500)кПа Вибрация (5…2000)Гц (0,1…100)g Удар (1…370)g Испытательное напряжение (0…70) кВ Скорость циркуляции пыли (0,5…15) м/с при температуре (30…60) °С	ГОСТ РВ 20.39.304-98 ГОСТ РВ 20.39.309-98 ГОСТ РВ 20.39.411-98 ГОСТ РВ 20.39.412-98 ГОСТ РВ 20.39.414.1-98 ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 Документация заказчика на конкретное изделие.	ГОСТ РВ 20.57.305-98 ГОСТ РВ 20.57.306-98 ГОСТ РВ 20.57.310-98 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.305-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2020ВД ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 РДВ 319.02.02-93 РДВ 319.02.25-2000 Документация заказчика на конкретное изделие.

Руководитель органа по оценке компетентности Егорова М.А.

М.П.